



Wrocław, dnia 4.05.2022r.

Dotyczy postępowania DAT.241.11.2022.MRA

WYKONAWCY

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z zakresem ruchu w stawie kolanowym -10° - 120° oraz biodrowym 0° - 115° , umożliwiającą dodatkowo mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym poczynszyszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta, pełną regulacją wysokości oparcia kończyny i układem kinematycznym gwarantującym fizjologiczny przebieg ruchu, bez konieczności zmiany ustawień dla kończyny prawej i lewej?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego jest regulacja prędkości w trakcie zgięcia - wyprostu bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu ćwiczenia? Każda inna interpretacja tego wymagania prowadzi do niebezpiecznej dla pacjenta sytuacji mogącej doprowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzeń stawów.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Czy szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności procesu rehabilitacji, ma być wyposażona w gniazdo do zsynchronizowanej 2 kanałowej elektrostymulacji EMS?

Odp. Zamawiający nie wymaga gniazda do elektrostymulacji EMS.

Pytanie 4

Czy szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej ma być wyposażona w karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta?

Odp. TAK.



Pytanie 5

Czy ze względu na fakt, iż szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej jest urządzeniem elektrycznym mającym bezpośredni kontakt z kończyną pacjenta, ma posiadać klasę ochronności II – zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim?

Odp. Zamawiający wymaga min 1 klasę ochronności.

Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego

Agnieszka Młyńczak

Sprawę prowadzi: Agnieszka Młyńczak tel. 71 391 17 53, e-mail: amlynczak@spzoz.wroc.pl