



Wrocław, dnia 24.08.2022 r.

DAT.241.19.2022.3.MRA

## Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na **Sukcesywną dostawę zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ** (znak sprawy DAT.241.19.2022.2.MRA)

## Pytania ogólne:

### Dot. wyrobów medycznych

Ze względu na fakt, że przedmiotem zapytania ofertowego są również produkty niebędące wyrobami medycznymi, np. pojemniki na odpady medyczne, kubki jednorazowe, testy, taśmy, papiery itp., prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie również asortymentu niepodlegającego ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu niepodlegającego ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

### Dot. opakowań handlowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę asortymentu z pakietu nr 2 w innych jednostkach miary niż wskazał Zamawiający z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

## Pytania do formularza ofertowego:

**Pozycja 1, 107** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 32** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment w zaproponowanym opakowaniu.

**Pozycja 36, 37** - Czy Zamawiający dopuści lusterko krtaniowe o średnicy 19mm?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 36-37** - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania lusterek laryngologicznych wielorazowego użytku.

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje lusterek laryngologicznych wielorazowego użytku.



**Pozycja 38** - Czy Zamawiający oczekuje łopatek niesterylnych?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje łopatek niesterylnych.

**Pozycja 39** - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem i nebulizatorem w rozmiarach S-XL?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 41 - 42** - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 45** - Prosimy o dopuszczenie do wyceny igły typu Polyspike oferującej łatwy system pobierania i wstrzykiwania płynów z fiolek i pojemników wielodawkowych.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 56** - Czy Zamawiający oczekuje nakłuwaczy w opakowaniu a 200 sztuk?

Odp.: Tak, zamawiający miał na myśli w/w asortyment

**Pozycja 58** - Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający miał na myśli w/w asortyment.

**Pozycja 65-67, 69-70** - Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy dopuści zaoferowanie kompatybilnych zamienników?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści kompatybilne zamienniki.

**Pozycja 68** - Czy Zamawiający dopuści wycenę papierków do podbródka za opakowanie a'1000 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment w zaproponowanym opakowaniu.

**Pozycja 68** - Czy Zamawiający dopuści papierki do podbródka o wymiarach 13cm x 4cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 74** - Czy Zamawiający dopuści do wyceny pęsetę sterylną?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 75** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu jednorazowego na rolce o długości 20m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 75** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu jednorazowego na rolce o szerokości 38cm?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 75** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu jednorazowego na rolce o długości 40m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 85** - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do tlenu o długości 210cm?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 93** - Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową typu Guedel w rozmiarze 4/100mm?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 94** - Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową typu Guedel w rozmiarze 5/110mm?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 93, 94** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rurek innego producenta niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu od innego producenta.


**Pozycja 97** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 97** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75cm z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 99, 100** - Czy Zamawiający dopuści skalpele jednorazowe jak na zdjęciu w rozmiarach 10 i 11?



Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 101-102** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej wchłaniającej hemostatycznej gąbki z żelatyny wieprzowej – medisponge?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 101-102** - Czy Zamawiający jako jednostkę miary „op.” ma na myśli jedną sztukę jałowych opakowań i oczekuje odpowiednio – w pozycji 101: 11 sztuk i w pozycji 102: 21 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający to miał na myśli

**Pozycja 105** - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml za opakowanie a'50 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment w zaproponowanym opakowaniu.





**Pozycja 110, 116** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 39mm?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 124-126** - Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 124-126** - Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego 90% i kwasu mlekowego 10%, powlekane poliglikolidem laktyny i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego ok.75% po 2 tyg., ok.40-50% po 3 tyg., ok. 23% po 4 tyg., czas wchłaniania 56-70 dni?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 124-126** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici pakowanych po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Nici Novosyn pakowane są po 36 sztuk w opakowaniu, a więc ilości opakowań zostaną potrojone.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment w zaproponowanym opakowaniu.

**Pozycja 124-126** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł ½ koła okrągła?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 126** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 127** - Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe, podstawowe ze szlifowanymi brzegami i obustronnym polem do opisu?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 132** - Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 140x250?

Odp.: Zgodnie z zapytaniem.

**Pozycja 132** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania torebek w rozmiarze 135 x 250.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

**Pozycja 146, 147** - Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników do otoskopu za opakowanie a'100 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w asortyment w zaproponowanym opakowaniu.

*\*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w stosunku do podanego w Formularzu asortymentowo-cenowym. Ileż Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy i/lub patent, i/lub pochodzenie to wskazaniu takiemu towarzyszą nieodłącznie wyrazy „lub równoważne”.*

Kierownik  
Działu Administracyjno-Technicznego  
  
Agnieszka Młyńczak